

Fecha de entrada en vigencia: 11 de julio del 2018
Fecha de emisión del Alcance Técnico de Acreditación: 17 de septiembre del 2021
Fecha de renovación: N/A



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACIÓN

Alcance Técnico de Acreditación No.001/LC-001

LABORATORIO DE TEMPERATURA INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

Dirección: Paseo Presidente Vicini Burgos #60 Gazcue, Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana
Norma de Referencia: NORDOM ISO/IEC 17025:2017

Area	Magnitud	Servicio calibración		Rango de Medición/ Otros Parámetros	Capacidad de Calibración y Medición (CCM)*	Instalaciones
		Instrumento o Sistema de Medición	Método o Norma/ Documento de Referencia			
TEMPERATURA	Temperatura	Termómetro de Indicación Digital	PR-TEM-001/ Comparación	(-10 a 130) °C	0,04°C	Fijas
TEMPERATURA	Temperatura	Termómetro de líquido en vidrio	PR-TEM-002/ Comparación	(-10 a 80) °C	0,04°C	Fijas
TEMPERATURA	Temperatura	Termómetro de Resistencia	PR-TEM-003/ Comparación	(-10 a 130) °C	0,023°C	Fijas

La incertidumbre expresada con un factor de cobertura $K=2$, corresponde aproximadamente al 95 % de nivel de confianza, según la GUM.

Ángel David Taveras Difo
Director Ejecutivo

La acreditación está condicionada al cumplimiento continuo por parte del OEC con los requisitos de acreditación, por lo que la vigencia de la acreditación debe ser consultada en www.odac.gob.do